

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMECLSI10426 FAB. 04/26 VAL. 04/27**

| Antibacteriano | Código/ Potência µg | Lote Sensidisc | Staphylococcus aureus ATCC 25923 | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | Halo | Halo esperado (mm) |
| Ampicilina | AMP 10 | 3525AMP | 33,5 | 27-35 |
| Azitromicina | AZI 15 | 3560AZI | 24,5 | 21-26 |
| Cefoxitina | CFO 30 | 3550CFO | 26,0 | 23-29 |
| Ciprofloxacina | CIP 05 | 3534CIP | 27,0 | 22-30 |
| Clindamicina | CLI 02 | 3555CLI | 25,0 | 24-30 |
| Cloranfenicol | CLO 30 | 3562CLO | 24,0 | 19-26 |
| Eritromicina | ERI 15 | 3565ERI | 27,5 | 22-30 |
| Gentamicina | GEN 10 | 3557GEN | 25,0 | 19-27 |
| Linezolida | LNZ 30 | 3549LNZ | 29,5 | 24-30 |
| Oxacilina | OXA 01 | 3495OXA | 21,0 | 18-24 |
| Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹ | PEN 10 | 3503PEN | 33,5 | 26-37 |
| Rifampicina | RIF 05 | 3542RIF | 32,5 | 26-34 |
| Sulfazotrim | SUT 25 (23,75/1,25) | 3570SUT | 32,0 | 24-32 |
| Tetraciclina | TET 30 | 3540TET | 28,0 | 24-30 |
| Vancomicina | VAN 30 | 3485VAN | 20,0 | 17-21 |

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Referências CLSI 2025.

Araçatuba, 16 de abril de 2026

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601