CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC DME

GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMECLSI10523 FAB. 05/23 VAL. 05/24

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	3220AMP	AMP 10	**35,0**	27-35
Azitromicina	3171AZI	AZI 15	**25,0**	21-26
Cefoxitina	3177CFO	CFO 30	**29,0**	23-29
Ciprofloxacina	3190CIP	CIP 05	**28,0**	22-30
Clindamicina	3158CLI	CLI 02	**27,0**	24-30
Cloranfenicol	3139CLO	CLO 30	**26,0**	19-26
Eritromicina	3152ERI	ERI 15	**29,0**	22-30
Gentamicina	3191GEN	GEN 10	**27,0**	19-27
Linezolida	3135LNZ	LNZ 30	**30,0**	25-32
Oxacilina	3174OXA	OXA 01	**23,0**	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	3180PEN	PEN 10	**35,0**	26-37
Rifampicina	3164RIF	RIF 05	**33,0**	26-34
Sulfazotrim	3201SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	**31,0**	24-32
Tetraciclina	3128TET	TET 30	**29,0**	24-30
Vancomicina	3113VAN	VAN 30	**20,5**	17-21

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:
- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Referências CLSI 2022.

Araçatuba, 23 de maio de 2023.

Tainá Santos

Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610