

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMECLSI10524 FAB. 05/24 VAL. 05/25**

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	3336AMP	AMP 10	34,0	27-35
Azitromicina	3227AZI	AZI 15	25,0	21-26
Cefoxitina	3303CFO	CFO 30	27,0	23-29
Ciprofloxacina	3333CIP	CIP 05	28,0	22-30
Clindamicina	3284CLI	CLI 02	25,5	24-30
Cloranfenicol	3234CLO	CLO 30	25,0	19-26
Eritromicina	3254ERI	ERI 15	29,0	22-30
Gentamicina	3310GEN	GEN 10	26,0	19-27
Linezolida	3262LNZ	LNZ 30	30,0	24-30
Oxacilina	3270OXA	OXA 01	22,5	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	3288PEN	PEN 10	35,0	26-37
Rifampicina	3278RIF	RIF 05	33,0	26-34
Sulfazotrim	3326SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	32,0	24-32
Tetraciclina	3271TET	TET 30	29,0	24-30
Vancomicina	3267VAN	VAN 30	20,0	17-21

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências CLSI 2024.

Araçatuba, 18 de maio de 2024.

Tainá Santos

Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610