

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMECLSI10526 FAB. 05/26 VAL. 05/27**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	3525AMP	34,5	27-35
Azitromicina	AZI 15	3560AZI	25,5	21-26
Cefoxitina	CFO 30	3550CFO	27,0	23-29
Ciprofloxacina	CIP 05	3584CIP	28,0	22-30
Clindamicina	CLI 02	3555CLI	26,5	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	3562CLO	25,0	19-26
Eritromicina	ERI 15	3565ERI	29,0	22-30
Gentamicina	GEN 10	3557GEN	26,0	19-27
Linezolida	LNZ 30	3549LNZ	30,0	24-30
Oxacilina	OXA 01	3554OXA	21,5	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 10	3503PEN	34,0	26-37
Rifampicina	RIF 05	3542RIF	34,0	26-34
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3570SUT	32,0	24-32
Tetraciclina	TET 30	3540TET	30,0	24-30
Vancomicina	VAN 30	3485VAN	21,0	17-21

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Referências CLSI 2025.

Araçatuba, 26 de maio de 2026

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601