

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP)    LOTE PGPDMECLSI10622    FAB. 06/22    VAL. 06/23**

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	3075AMP	AMP 10	<b>34,0</b>	27-35
Azitromicina	3085AZI	AZI 15	<b>25,0</b>	21-26
Cefoxitina	3069CFO	CFO 30	<b>28,0</b>	23-29
Ciprofloxacina	3071CIP	CIP 05	<b>27,0</b>	22-30
Clindamicina	3092CLI	CLI 02	<b>26,5</b>	24-30
Cloranfenicol	3076CLO	CLO 30	<b>25,0</b>	19-26
Eritromicina	3093ERI	ERI 15	<b>28,0</b>	22-30
Gentamicina	3072GEN	GEN 10	<b>25,5</b>	19-27
Linezolida	3047LNZ	LNZ 30	<b>30,0</b>	25-32
Oxacilina	3074OXA	OXA 01	<b>22,0</b>	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) <sup>1</sup>	3087PEN	PEN 10	<b>34,5</b>	26-37
Rifampicina	3082RIF	RIF 05	<b>33,0</b>	26-34
Sulfazotrim	3066SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	<b>31,0</b>	24-32
Tetraciclina	3015TET	TET 30	<b>28,0</b>	24-30
Vancomicina	2986VAN	VAN 30	<b>20,5</b>	17-21

<sup>1</sup> Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Referências CLSI 2022.

Araçatuba, 24 de junho de 2022.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001