

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMECLSI10721 FAB. 07/21 VAL. 07/22**

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	2940AMP	AMP 10	35,0	27-35
Azitromicina	2889AZI	AZI 15	26,0	21-26
Cefoxitina	2922CFO	CFO 30	29,0	23-29
Ciprofloxacina	2963CIP	CIP 05	28,0	22-30
Clindamicina	2969CLI	CLI 02	27,0	24-30
Cloranfenicol	2923CLO	CLO 30	25,0	19-26
Eritromicina	2897ERI	ERI 15	28,0	22-30
Gentamicina	2964GEN	GEN 10	26,5	19-27
Linezolida	2927LNZ	LNZ 30	31,0	25-32
Oxacilina	2967OXA	OXA 01	23,0	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	2958PEN	PEN 10	37,0	26-37
Rifampicina	2976RIF	RIF 05	34,0	26-34
Sulfazotrim	2971SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	31,0	24-32
Tetraciclina	2908TET	TET 30	30,0	24-30
Vancomicina	2986VAN	VAN 30	20,5	17-21

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0209766 com validade em 31/07/2022.
- Referências CLSI 2021.

Araçatuba, 27 de julho de 2021.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001