

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMECLSI10822 FAB. 08/22 VAL. 08/23**

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	3075AMP	AMP 10	34,0	27-35
Azitromicina	3085AZI	AZI 15	25,0	21-26
Cefoxitina	3069CFO	CFO 30	28,0	23-29
Ciprofloxacina	3112CIP	CIP 05	28,0	22-30
Clindamicina	3092CLI	CLI 02	27,5	24-30
Cloranfenicol	3076CLO	CLO 30	24,5	19-26
Eritromicina	3093ERI	ERI 15	28,5	22-30
Gentamicina	3121GEN	GEN 10	26,0	19-27
Linezolida	3047LNZ	LNZ 30	30,0	25-32
Oxacilina	3074OXA	OXA 01	23,0	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	3087PEN	PEN 10	37,0	26-37
Rifampicina	3082RIF	RIF 05	33,5	26-34
Sulfazotrim	3114SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	31,0	24-32
Tetraciclina	3015TET	TET 30	28,5	24-30
Vancomicina	3113VAN	VAN 30	20,0	17-21

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Referências CLSI 2022.

Araçatuba, 05 de agosto de 2022.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001