CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC DME

GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMECLSI10824 FAB. 08/24 VAL. 08/25

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	3336AMP	AMP 10	**33,0**	27-35
Azitromicina	3286AZI	AZI 15	**25,0**	21-26
Cefoxitina	3303CFO	CFO 30	**27,0**	23-29
Ciprofloxacina	3333CIP	CIP 05	**26,0**	22-30
Clindamicina	3345CLI	CLI 02	**25,0**	24-30
Cloranfenicol	3318CLO	CLO 30	**24,5**	19-26
Eritromicina	3254ERI	ERI 15	**28,0**	22-30
Gentamicina	3340GEN	GEN 10	**25,0**	19-27
Linezolida	3262LNZ	LNZ 30	**27,0**	24-30
Oxacilina	3346OXA	OXA 01	**22,0**	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	3288PEN	PEN 10	**34,0**	26-37
Rifampicina	3278RIF	RIF 05	**33,0**	26-34
Sulfazotrim	3373SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	**30,0**	24-32
Tetraciclina	3271TET	TET 30	**28,5**	24-30
Vancomicina	3267VAN	VAN 30	**20,0**	17-21

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:
- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências CLSI 2024.

Araçatuba, 15 de agosto de 2024.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001