CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC DME

GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMECLSI10925 FAB. 09/25 VAL. 09/26

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	3460AMP	**33,0**	27-35
Azitromicina	AZI 15	3475AZI	**25,0**	21-26
Cefoxitina	CFO 30	3459CFO	**27,5**	23-29
Ciprofloxacina	CIP 05	3484CIP	**27,0**	22-30
Clindamicina	CLI 02	3448CLI	**25,5**	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	3498CLO	**23,0**	19-26
Eritromicina	ERI 15	3463ERI	**28,5**	22-30
Gentamicina	GEN 10	3494GEN	**25,5**	19-27
Linezolida	LNZ 30	3417LNZ	**27,0**	24-30
Oxacilina	OXA 01	3495OXA	**21,0**	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	PEN 10	3503PEN	**34,0**	26-37
Rifampicina	RIF 05	3458RIF	**32,0**	26-34
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3508SUT	**31,0**	24-32
Tetraciclina	TET 30	3488TET	**27,5**	24-30
Vancomicina	VAN 30	3485VAN	**20,5**	17-21

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:
- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referências CLSI 2025.

Araçatuba, 17 de setembro de 2025

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601