

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 – DME****GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMECLSI10926 FAB. 09/26 VAL. 09/27**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	3599AMP	35,0	27-35
Azitromicina	AZI 15	3560AZI	23,0	21-26
Cefoxitina	CFO 30	3550CFO	26,5	23-29
Ciprofloxacina	CIP 05	3584CIP	28,5	22-30
Clindamicina	CLI 02	3555CLI	26,0	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	3562CLO	24,0	19-26
Eritromicina	ERI 15	3565ERI	29,0	22-30
Gentamicina	GEN 10	3592GEN	25,0	19-27
Linezolida	LNZ 30	3549LNZ	30,0	24-30
Oxacilina	OXA 01	3554OXA	21,0	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	PEN 10	3583PEN	34,5	26-37
Rifampicina	RIF 05	3542RIF	32,0	26-34
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25 (23,75/1,25)	3610SUT	28,0	24-32
Tetraciclina	TET 30	3540TET	28,0	24-30
Vancomicina	VAN 30	3580VAN	20,0	17-21

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5252997 com validade em 31/01/2028.
- Referências CLSI 2026.

Araçatuba, 12 de setembro de 2026.



Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444