

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMECLSI11024 FAB. 10/24 VAL. 10/25**

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	3336AMP	AMP 10	34,0	27-35
Azitromicina	3286AZI	AZI 15	26,0	21-26
Cefoxitina	3303CFO	CFO 30	26,0	23-29
Ciprofloxacina	3385CIP	CIP 05	25,5	22-30
Clindamicina	3345CLI	CLI 02	25,0	24-30
Cloranfenicol	3318CLO	CLO 30	25,5	19-26
Eritromicina	3387ERI	ERI 15	28,5	22-30
Gentamicina	3340GEN	GEN 10	25,5	19-27
Linezolida	3295LNZ	LNZ 30	28,0	24-30
Oxacilina	3346OXA	OXA 01	22,5	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	3288PEN	PEN 10	34,0	26-37
Rifampicina	3363RIF	RIF 05	32,0	26-34
Sulfazotrim	3373SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	30,0	24-32
Tetraciclina	3400TET	TET 30	28,5	24-30
Vancomicina	3388VAN	VAN 30	20,0	17-21

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências CLSI 2024.

Araçatuba, 4 de outubro de 2024.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601