# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## POLISENSIDISC DME

**GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMECLSI11025 FAB. 10/25 VAL. 10/26**

| Antibacteriano | Código/ Potência µg | Lote Sensidisc | Staphylococcus aureus ATCC 25923 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Halo | Halo esperado (mm) |
| Ampicilina | AMP 10 | 3460AMP | **34,5** | 27-35 |
| Azitromicina | AZI 15 | 3475AZI | **25,5** | 21-26 |
| Cefoxitina | CFO 30 | 3459CFO | **26,5** | 23-29 |
| Ciprofloxacina | CIP 05 | 3484CIP | **26,5** | 22-30 |
| Clindamicina | CLI 02 | 3448CLI | **26,0** | 24-30 |
| Cloranfenicol | CLO 30 | 3498CLO | **24,0** | 19-26 |
| Eritromicina | ERI 15 | 3463ERI | **29,0** | 22-30 |
| Gentamicina | GEN 10 | 3494GEN | **26,5** | 19-27 |
| Linezolida | LNZ 30 | 3417LNZ | **28,5** | 24-30 |
| Oxacilina | OXA 01 | 3495OXA | **22,0** | 18-24 |
| Penicilina G (Benzilpenicilina) [1] | PEN 10 | 3503PEN | **34,0** | 26-37 |
| Rifampicina | RIF 05 | 3458RIF | **34,0** | 26-34 |
| Sulfazotrim | SUT 25 (23,75/1,25) | 3508SUT | **32,0** | 24-32 |
| Tetraciclina | TET 30 | 3488TET | **29,0** | 24-30 |
| Vancomicina | VAN 30 | 3485VAN | **21,0** | 17-21 |

**1** Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

**Informações Adicionais:**
**- Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4143581 com validade em 30/09/2026.
- Referências CLSI 2025.

Araçatuba, 03 de outubro de 2025

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601