CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 15 – DME

GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMECLSI11026 FAB. 10/26 VAL. 10/27

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	3599AMP	**35,0**	27-35
Azitromicina	AZI 15	3608AZI	**26,0**	21-26
Cefoxitina	CFO 30	3620CFO	**27,0**	23-29
Ciprofloxacina	CIP 05	3624CIP	**30,0**	22-30
Clindamicina	CLI 02	3594CLI	**27,0**	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	3562CLO	**24,5**	19-26
Eritromicina	ERI 15	3565ERI	**30,0**	22-30
Gentamicina	GEN 10	3592GEN	**27,0**	19-27
Linezolida	LNZ 30	3549LNZ	**30,0**	24-30
Oxacilina	OXA 01	3613OXA	**24,0**	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) [1]	PEN 10	3583PEN	**35,0**	26-37
Rifampicina	RIF 05	3542RIF	**34,0**	26-34
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25 (23,75/1,25)	3610SUT	**28,0**	24-32
Tetraciclina	TET 30	3540TET	**30,0**	24-30
Vancomicina	VAN 30	3580VAN	**20,5**	17-21

1 Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:
- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6012113 com validade em 30/04/2028.
- Referências CLSI 2026.

Araçatuba, 14 de outubro de 2026.



Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444