

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMECLSI11120 FAB. 11/20 VAL. 11/21**

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	2891AMP	AMP 10	35,0	27-35
Azitromicina	2889AZI	AZI 15	26,0	21-26
Cefoxitina	2843CFO	CFO 30	29,0	23-29
Ciprofloxacina	2888CIP	CIP 05	28,0	22-30
Clindamicina	2851CLI	CLI 02	27,0	24-30
Cloranfenicol	2842CLO	CLO 30	25,5	19-26
Eritromicina	2897ERI	ERI 15	29,0	22-30
Gentamicina	2894GEN	GEN 10	27,0	19-27
Linezolida	2853LNZ	LNZ 30	31,0	25-32
Oxacilina	2914OXA	OXA 01	24,0	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) ¹	2866PEN	PEN 10	37,0	26-37
Rifampicina	2856RIF	RIF 05	34,0	26-34
Sulfazotrim	2905SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	32,0	24-32
Tetraciclina	2908TET	TET 30	30,0	24-30
Vancomicina	2879VAN	VAN 30	21,0	17-21

¹ Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 10 de novembro de 2020.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001