

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC DME****GRAM POSITIVO (GP) LOTE PGPDMECLSI20724 FAB. 07/24 VAL. 07/25**

Antibacteriano	Lote Sensidisc	Código/ Potência µg	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo	Halo esperado (mm)
Ampicilina	3336AMP	AMP 10	<b>34,0</b>	27-35
Azitromicina	3286AZI	AZI 15	<b>25,0</b>	21-26
Cefoxitina	3303CFO	CFO 30	<b>28,0</b>	23-29
Ciprofloxacina	3333CIP	CIP 05	<b>27,0</b>	22-30
Clindamicina	3345CLI	CLI 02	<b>25,0</b>	24-30
Cloranfenicol	3318CLO	CLO 30	<b>25,0</b>	19-26
Eritromicina	3254ERI	ERI 15	<b>28,0</b>	22-30
Gentamicina	3340GEN	GEN 10	<b>26,0</b>	19-27
Linezolida	3262LNZ	LNZ 30	<b>28,0</b>	24-30
Oxacilina	3270OXA	OXA 01	<b>22,5</b>	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) <sup>1</sup>	3288PEN	PEN 10	<b>35,0</b>	26-37
Rifampicina	3278RIF	RIF 05	<b>33,0</b>	26-34
Sulfazotrim	3326SUT	SUT 25 (23,75/1,25)	<b>30,5</b>	24-32
Tetraciclina	3271TET	TET 30	<b>29,0</b>	24-30
Vancomicina	3267VAN	VAN 30	<b>20,0</b>	17-21

<sup>1</sup> Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências CLSI 2024.

Araçatuba, 23 de julho de 2024.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001