CERTIFICADO DE ANÁLISE

POLISENSIDISC 12 - DME

ENTEROBACTERALES URINÁRIO (EU) LOTE PEUDMEBR11220 FAB. 12/20 VAL. 12/21

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amoxicilina/Ac. Clavulânico	AMC 30 (20/10)	2861AMC	**-**	-	**24,0**	18-24	**-**	-	**21,0**	17-22
Ampicilina	AMP 10	2891AMP	**-**	-	**22,0**	15-22	**-**	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	2896CFE	**-**	-	**20,5**	15-21	**-**	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2871CPM	**-**	-	**36,0**	31-37	**30,0**	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	2882CAZE	**-**	-	**29,0**	23-29	**25,0**	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	2899CRX	**-**	-	**26,0**	20-26	**-**	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2888CIP	**26,0**	21-27	**37,0**	29-37	**33,0**	25-33	-	-
Fosfomicina [1]	FOS 200	2906FOS	**-**	-	**30,0**	26-34	**-**	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	2894GEN	**24,5**	19-25	**25,5**	19-26	**22,5**	17-23	-	-
Nitrofurantoína	NIT 100	2920NITE	**19,5**	17-23	**22,0**	17-23	**-**	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	2887NOR	**23,5**	18-24	**35,0**	28-35	**-**	-	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2905SUT	**31,0**	26-32	**29,0**	23-29	**-**	-	-	-

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6fosfato.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.
- Referências BrCAST 2019.

Araçatuba, 14 de dezembro de 2020.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001