

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS GRUPOS A, B, C e G (STP) LOTE PSTPDMEBR11220 FAB. 12/20 VAL. 12/21**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Clindamicina	CLI 02	2851CLI	27,5	23-29	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	2842CLO	25,5	20-28	-	-
Eritromicina	ERI 15	2897ERI	29,0	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	2868LEV	29,0	23-29	24,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	2909LNZE	26,0	21-27	24,0	19-25
Nitrofurantoína	NIT 100	2920NITE	20,0	17-23	23,5	18-24
Penicilina G (Benzilpenicilina) *	PEN 01	2916PENE	17,0	12-18	-	-
Rifampicina	RIF 05	2856RIF	34,0	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25	2905SUT	32,0	26-32	32,0	26-34
Teicoplanina	TEC 30	2881TEC	-	-	21,0	15-21
Tetraciclina	TET 30	2908TET	30,0	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	2886VANE	-	-	15,0	10-16

* Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 07 de dezembro de 2020.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001