

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 15 - DME****SÉRIE URINÁRIA (SU) LOTE PSUDMEBR31120 FAB. 11/20 Val. 11/21**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Escherichia coli ATCC 25922 (1)		Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853		Escherichia coli ATCC 35218 (2)	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	2885AMI	23,5	18-24	26,0	19-26	26,0	18-26	-	-
Amox./Ac.Clavulânico	AMC 30 (20/10)	2861AMC	-	-	24,0	18-24	-	-	22,0	17-22
Ampicilina	AMP 10	2891AMP	-	-	22,0	15-22	-	-	-	-
Cefalexina	CFE 30	2896CFE	-	-	19,5	15-21	-	-	-	-
Cefepime	CPM 30	2871CPM	-	-	36,0	31-37	30,0	25-31	-	-
Ceftazidima	CAZ 10	2882CAZE	-	-	28,0	23-29	26,0	21-27	-	-
Cefuroxima	CRX 30	2899CRX	-	-	26,0	20-26	-	-	-	-
Ciprofloxacina	CIP 05	2888CIP	27,0	21-27	37,0	29-37	32,5	25-33	-	-
Fosfomicina ¹	FOS 200	2906FOS	-	-	29,0	26-34	-	-	-	-
Gentamicina	GEN 10	2894GEN	25,0	19-25	25,0	19-26	22,5	17-23	-	-
Levofloxacina	LEV 05	2868LEV	28,0	23-29	36,0	29-37	24,5	19-26	-	-
Meropenem	MPM 10	2910MPM	-	-	34,0	28-35	33,0	27-33	-	-
Nitrofurantoína	NIT 100	2869NITE	20,0	17-23	22,0	17-23	-	-	-	-
Norfloxacina	NOR 10	2887NOR	24,0	18-24	34,0	28-35	-	-	-	-
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2905SUT	31,5	26-32	29,0	23-29	-	-	-	-

1 Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 Fosfato.

Informações Adicionais:**- Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 28 de novembro de 2020.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001