

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMECLSI10821****FAB. 08/21 VAL. 08/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	2970AMI	26,0	20-26
Aztreonam	ATM 30	2936ATM	28,0	23-29
Cefepime	CPM 30	2981CPM	30,5	24-31
Cefotaxima	CTX 30	2893CTX	20,0	18-22
Ceftazidima	CAZ 30	2911CAZ	28,5	22-29
Ciprofloxacina	CIP 05	2963CIP	32,0	25-33
Gentamicina	GEN 10	2964GEN	23,0	17-23
Levofloxacina	LEV 05	2939LEV	24,0	19-26
Norfloxacina	NOR 10	2931NOR	28,5	22-29
Piperacilina/Tazobactam	PIT 110 (100/10)	2973PIT	33,0	25-33
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2971SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	2942TOB	25,0	20-26

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0209766 com validade em 31/07/2022.
- Referências CLSI 2021.

Araçatuba, 10 de agosto de 2021.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001