

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMEBR10121 FAB. 01/21 VAL. 01/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	2885AMI	26,0	18-26
Aztreonam	ATM 30	2870ATM	29,0	23-29
Cefepime	CPM 30	2871CPM	30,0	24-31
Ceftazidima	CAZ 10	2882CAZE	25,5	21-27
Ciprofloxacina	CIP 05	2888CIP	32,0	25-33
Gentamicina	GEN 10	2894GEN	22,0	17-23
Levofloxacina	LEV 05	2868LEV	24,0	19-26
Meropenem	MPM 10	2910MPM	33,0	27-33
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	2883PITE	28,0	23-29
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2905SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	2860TOB	25,0	20-26

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.
- Referências BrCAST 2019.

Araçatuba, 22 de janeiro de 2021.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001