

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMEBR10122 FAB. 01/22 VAL. 01/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	2970AMI	26,0	20-26
Aztreonam	ATM 30	2992ATM	29,0	23-29
Cefepime	CPM 30	2981CPM	30,0	24-31
Ceftazidima	CAZ 10	2996CAZE	26,0	21-27
Ciprofloxacina	CIP 05	3041CIP	33,0	25-33
Gentamicina	GEN 10	3022GEN	23,0	17-23
Levofloxacina	LEV 05	3005LEV	24,0	19-26
Meropenem	MPM 10	3023MPM	33,0	27-33
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	2990PITE	27,0	23-29
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3026SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	3046TOB	25,5	20-26

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 08 de janeiro de 2022.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001