


CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMEBR10124 FAB. 01/24 VAL. 01/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3265AMI	26,0	20-26
Aztreonam	ATM 30	3283ATM	28,0	23-29
Cefepime	CPM 30	3297CPM	30,5	24-31
Ceftazidima	CAZ 10	3276CAZE	25,5	21-27
Ciprofloxacina	CIP 05	3293CIP	33,0	25-33
Gentamicina	GEN 10	3250GEN	23,0	17-23
Levofloxacina	LEV 05	3282LEV	24,0	19-26
Meropenem	MPM 10	3253MPM	33,0	27-33
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3226PITE	27,5	23-29
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3296SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	3266TOB	26,0	20-26

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 23 de janeiro de 2024.



Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610