

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMEBR10220 FAB. 02/20 VAL. 02/21**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	2834AMI	26,0	18-26
Aztreonam	ATM 30	2812ATM	28,0	23-29
Cefepime	CPM 30	2830CPM	31,0	24-31
Ceftazidima	CAZ 10	2761CAZE	25,5	21-27
Ciprofloxacina	CIP 05	2818CIP	32,0	25-33
Gentamicina	GEN 10	2816GEN	22,5	17-23
Levofloxacina	LEV 05	2820LEV	24,0	19-26
Meropenem	MPM 10	2822MPM	33,0	27-33
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	2769PITE	27,0	23-29
Sulfazotrim	SUT 25	2827SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	2724TOB	24,0	20-26

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9015774 com validade em 31/05/2021.

Araçatuba, 17 de fevereiro de 2020.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001