

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMEBR10222 FAB. 02/22 VAL. 02/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3035AMI	<b>26,0</b>	20-26
Aztreonam	ATM 30	2992ATM	<b>28,5</b>	23-29
Cefepime	CPM 30	3052CPM	<b>30,0</b>	24-31
Ceftazidima	CAZ 10	3057CAZE	<b>25,0</b>	21-27
Ciprofloxacina	CIP 05	3041CIP	<b>32,5</b>	25-33
Gentamicina	GEN 10	3022GEN	<b>23,0</b>	17-23
Levofloxacina	LEV 05	3005LEV	<b>24,0</b>	19-26
Meropenem	MPM 10	2994MPM	<b>33,0</b>	27-33
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	2990PITE	<b>26,0</b>	23-29
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3026SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	3046TOB	<b>25,0</b>	20-26

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 14 de fevereiro de 2022.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001