

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMEBR10326 FAB. 03/26 VAL. 03/27**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3530AMI	25,5	20-26
Aztreonam	ATM 30	3501ATM	28,5	23-29
Cefepime	CPM 30	3536CPM	31,0	25-31
Ceftazidima	CAZ 10	3517CAZE	25,5	21-27
Ciprofloxacina	CIP 05	3534CIP	30,5	25-33
Gentamicina	GEN 10	3557GEN	22,0	17-23
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	22,5	19-26
Meropenem	MPM 10	3522MPM	32,0	27-33
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3500PITE	27,0	23-29
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3570SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	3543TOB	25,5	20-26

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 26 de março de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva– CRBM 31601