

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMEBR10422 FAB. 04/22 VAL. 04/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3055AMI	26,0	20-26
Aztreonam	ATM 30	3019ATM	28,0	23-29
Cefepime	CPM 30	3052CPM	30,5	24-31
Ceftazidima	CAZ 10	3057CAZE	26,0	21-27
Ciprofloxacina	CIP 05	3071CIP	32,5	25-33
Gentamicina	GEN 10	3072GEN	23,0	17-23
Levofloxacina	LEV 05	3067LEV	25,0	19-26
Meropenem	MPM 10	3078MPM	33,0	27-33
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3068PITE	27,0	23-29
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3066SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	3046TOB	25,0	20-26

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 18 de abril de 2022.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001