

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMEBR10524 FAB. 05/24 VAL. 05/25**

| Antibacteriano          | Código/<br>Potência µg | Lote Sensidisc | Pseudomonas aeruginosa<br>ATCC 27853 |                       |
|-------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|
|                         |                        |                | Halo                                 | Halo/esperado<br>(mm) |
| Amicacina               | AMI 30                 | 3332AMI        | <b>26,0</b>                          | 20-26                 |
| Aztreonam               | ATM 30                 | 3283ATM        | <b>28,0</b>                          | 23-29                 |
| Cefepime                | CPM 30                 | 3297CPM        | <b>30,0</b>                          | 24-31                 |
| Ceftazidima             | CAZ 10                 | 3276CAZE       | <b>26,0</b>                          | 21-27                 |
| Ciprofloxacina          | CIP 05                 | 3333CIP        | <b>33,0</b>                          | 25-33                 |
| Gentamicina             | GEN 10                 | 3310GEN        | <b>23,0</b>                          | 17-23                 |
| Levofloxacina           | LEV 05                 | 3282LEV        | <b>24,0</b>                          | 19-26                 |
| Meropenem               | MPM 10                 | 3307MPM        | <b>33,0</b>                          | 27-33                 |
| Piperacilina/Tazobactam | PIT 30/6               | 3309PITE       | <b>27,5</b>                          | 23-29                 |
| Sulfazotrim             | SUT 25 (23,75/1,25)    | 3326SUT        | -                                    | -                     |
| Tobramicina             | TOB 10                 | 3266TOB        | <b>26,0</b>                          | 20-26                 |

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 04 de maio de 2024.

*Tainá Santos*Controle de Qualidade – DME  
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610