

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMEBR10721 FAB. 07/21 VAL. 07/22**

| Antibacteriano          | Código/<br>Potência µg | Lote Sensidisc | Pseudomonas aeruginosa<br>ATCC 27853 |                       |
|-------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|
|                         |                        |                | Halo                                 | Halo/esperado<br>(mm) |
| Amicacina               | AMI 30                 | 2926AMI        | <b>25,5</b>                          | 20-26                 |
| Aztreonam               | ATM 30                 | 2936ATM        | <b>28,0</b>                          | 23-29                 |
| Cefepime                | CPM 30                 | 2921CPM        | <b>30,0</b>                          | 24-31                 |
| Ceftazidima             | CAZ 10                 | 2937CAZE       | <b>25,0</b>                          | 21-27                 |
| Ciprofloxacina          | CIP 05                 | 2963CIP        | <b>31,0</b>                          | 25-33                 |
| Gentamicina             | GEN 10                 | 2932GEN        | <b>22,0</b>                          | 17-23                 |
| Levofloxacina           | LEV 05                 | 2939LEV        | <b>24,0</b>                          | 19-26                 |
| Meropenem               | MPM 10                 | 2951MPM        | <b>33,0</b>                          | 27-33                 |
| Piperacilina/Tazobactam | PIT 30/6               | 2955PITE       | <b>27,0</b>                          | 23-29                 |
| Sulfazotrim             | SUT 25 (23,75/1,25)    | 2971SUT        | -                                    | -                     |
| Tobramicina             | TOB 10                 | 2942TOB        | <b>25,0</b>                          | 20-26                 |

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 05 de julho de 2021.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001