


**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMEBR10724 FAB. 07/24 VAL. 07/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3332AMI	<b>25,0</b>	20-26
Aztreonam	ATM 30	3283ATM	<b>28,0</b>	23-29
Cefepime	CPM 30	3356CPM	<b>31,0</b>	25-31
Ceftazidima	CAZ 10	3276CAZE	<b>24,5</b>	21-27
Ciprofloxacina	CIP 05	3333CIP	<b>31,0</b>	25-33
Gentamicina	GEN 10	3340GEN	<b>22,0</b>	17-23
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	<b>24,0</b>	19-26
Meropenem	MPM 10	3349MPM	<b>32,0</b>	27-33
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3352PITE	<b>28,0</b>	23-29
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3326SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	3342TOB	<b>24,5</b>	20-26

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024.

Araçatuba, 04 de julho de 2024.



Controle de Qualidade – DME  
Eudorides Pacheco Junior - CRF-SP 5983