

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMEBR10726 FAB. 07/26 VAL. 07/27**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3585AMI	25,0	20-26
Aztreonam	ATM 30	3561ATM	27,5	23-29
Cefepime	CPM 30	3575CPM	31,0	25-31
Ceftazidima	CAZ 10	3611CAZE	24,0	21-27
Ciprofloxacina	CIP 05	3584CIP	33,0	25-33
Gentamicina	GEN 10	3592GEN	22,0	17-23
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	25,5	19-26
Meropenem	MPM 10	3601MPM	32,5	27-33
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3593PITE	28,0	23-29
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25 (23,75/1,25)	3570SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	3543TOB	25,0	20-26

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Referências BrCAST 2026.

Araçatuba, 24 de julho de 2026.



Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444