


CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMEBR10823 FAB. 08/23 VAL. 08/24**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3214AMI	25,0	20-26
Aztreonam	ATM 30	3221ATM	28,0	23-29
Cefepime	CPM 30	3225CPM	30,0	24-31
Ceftazidima	CAZ 10	3241CAZE	25,5	21-27
Ciprofloxacina	CIP 05	3251CIP	33,0	25-33
Gentamicina	GEN 10	3250GEN	23,3	17-23
Levofloxacina	LEV 05	3209LEV	23,0	19-26
Meropenem	MPM 10	3216MPM	32,0	27-33
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3226PITE	27,0	23-29
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3242SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	3210TOB	25,0	20-26

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências BrCAST 2023.

Araçatuba, 23 de agosto de 2023.



Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610