

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMEBR10824 FAB. 08/24 VAL. 08/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3332AMI	25,0	20-26
Aztreonam	ATM 30	3361ATM	28,5	23-29
Cefepime	CPM 30	3356CPM	30,5	25-31
Ceftazidima	CAZ 10	3366CAZE	25,5	21-27
Ciprofloxacina	CIP 05	3333CIP	32,0	25-33
Gentamicina	GEN 10	3340GEN	22,5	17-23
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	24,5	19-26
Meropenem	MPM 10	3349MPM	31,5	27-33
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3352PITE	27,0	23-29
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3326SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	3342TOB	25,0	20-26

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024.

Araçatuba, 10 de agosto de 2024.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001