

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMEBR10924 FAB. 09/24 VAL. 09/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3332AMI	26,0	20-26
Aztreonam	ATM 30	3361ATM	28,5	23-29
Cefepime	CPM 30	3356CPM	30,0	25-31
Ceftazidima	CAZ 10	3366CAZE	25,5	21-27
Ciprofloxacina	CIP 05	3385CIP	30,0	25-33
Gentamicina	GEN 10	3340GEN	23,0	17-23
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	23,0	19-26
Meropenem	MPM 10	3349MPM	31,0	27-33
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3352PITE	26,0	23-29
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3373SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	3342TOB	25,5	20-26

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024.

Araçatuba, 27 de setembro de 2024.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva – CRBM 31601