

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMEBR11022 FAB. 10/22 VAL. 10/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3090AMI	25,0	20-26
Aztreonam	ATM 30	3145ATM	28,0	23-29
Cefepime	CPM 30	3110CPM	31,0	24-31
Ceftazidima	CAZ 10	3094CAZE	26,5	21-27
Ciprofloxacina	CIP 05	3112CIP	30,0	25-33
Gentamicina	GEN 10	3121GEN	22,5	17-23
Levofloxacina	LEV 05	3137LEV	24,0	19-26
Meropenem	MPM 10	3125MPM	32,0	27-33
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3120PITE	27,0	23-29
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3114SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	3127TOB	25,0	20-26

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Referências BrCAST 2022.

Araçatuba, 21 de outubro de 2022.

Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610