

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMEBR11024 FAB. 10/24 VAL. 10/25**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3394AMI	24,5	20-26
Aztreonam	ATM 30	3361ATM	27,0	23-29
Cefepime	CPM 30	3356CPM	30,5	25-31
Ceftazidima	CAZ 10	3366CAZE	24,0	21-27
Ciprofloxacina	CIP 05	3385CIP	30,5	25-33
Gentamicina	GEN 10	3398GEN	22,0	17-23
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	23,5	19-26
Meropenem	MPM 10	3382MPM	32,0	27-33
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	3369PITE	26,5	23-29
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	3373SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	3406TOB	25,0	20-26

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024.

Araçatuba, 25 de outubro de 2024.

Daniela S.

Controle de Qualidade – DME
Daniela de Souza Silva– CRBM 31601