# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## POLISENSIDISC 12 - DME

## PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMEBR11026 FAB. 10/26 VAL. 10/27

| Antibacteriano | Código/ Potência µg | Lote Sensidisc | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Halo | Halo/esperado (mm) |
| Amicacina | AMI 30 | 3585AMI | **26,0** | 20-26 |
| Aztreonam | ATM 30 | 3561ATM | **27,0** | 23-29 |
| Cefepime | CPM 30 | 3575CPM | **30,0** | 25-31 |
| Ceftazidima | CAZ 10 | 3611CAZE | **25,0** | 21-27 |
| Ciprofloxacina | CIP 05 | 3624CIP | **32,0** | 25-33 |
| Gentamicina | GEN 10 | 3592GEN | **22,0** | 17-23 |
| Levofloxacina | LEV 05 | 3612LEV | **24,0** | 19-26 |
| Meropenem | MPM 10 | 3601MPM | **33,0** | 27-33 |
| Piperacilina/Tazobactam | PIT 30/6 | 3593PITE | **26,5** | 23-29 |
| Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim) | SUT 25 (23,75/1,25) | 3610SUT | - | - |
| Tobramicina | TOB 10 | 3543TOB | **25,5** | 20-26 |

**Informações Adicionais:**
- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 6012113 com validade em 30/04/2028.
- Referências BrCAST 2026.

Araçatuba, 07 de outubro de 2026.



Controle de Qualidade – DME
Beatriz A. Santos – CRBM 58444