

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMEBR20321 FAB. 03/21 VAL. 03/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	2926AMI	<b>25,5</b>	18-26
Aztreonam	ATM 30	2936ATM	<b>28,5</b>	23-29
Cefepime	CPM 30	2921CPM	<b>31,0</b>	24-31
Ceftazidima	CAZ 10	2937CAZE	<b>26,0</b>	21-27
Ciprofloxacina	CIP 05	2930CIP	<b>32,5</b>	25-33
Gentamicina	GEN 10	2932GEN	<b>22,5</b>	17-23
Levofloxacina	LEV 05	2939LEV	<b>25,0</b>	19-26
Meropenem	MPM 10	2951MPM	<b>33,0</b>	27-33
Piperacilina/Tazobactam	PIT 30/6	2883PITE	<b>27,0</b>	23-29
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2950SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	2942TOB	<b>25,0</b>	20-26

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.
- Referências BrCAST 2020.

Araçatuba, 06 de abril de 2021.

Controle de Qualidade – DME  
Karina de Campos Salles - CRBM 12001