

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A)****LOTE PPADMECLSI10923 FAB. 09/23 VAL. 09/24**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	3214AMI	25,0	20-26
Aztreonam	ATM 30	3221ATM	27,0	23-29
Cefepime	CPM 30	3225CPM	30,0	24-31
Cefotaxima	CTX 30	3264CTX	21,0	18-22
Ceftazidima	CAZ 30	3192CAZ	28,0	22-29
Ciprofloxacina	CIP 05	3251CIP	32,0	25-33
Gentamicina	GEN 10	3250GEN	22,5	17-23
Levofloxacina	LEV 05	3209LEV	24,5	19-26
Norfloxacina	NOR 10	3195NOR	29,0	22-29
Piperacilina/Tazobactam	PIT 110 (100/10)	3247PIT	32,0	25-33
Sulfazotrim (Sulfametoxazol/Trimetoprim)	SUT 25 (23,75/1,25)	3242SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	3210TOB	26,0	20-26

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências CLSI 2023.

Araçatuba, 05 de setembro de 2023.

Controle de Qualidade – DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610