

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMECLSI11020****FAB. 10/20 VAL. 10/21**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	2885AMI	26,0	18-26
Aztreonam	ATM 30	2870ATM	28,0	23-29
Cefepime	CPM 30	2871CPM	31,0	24-31
Cefotaxima	CTX 30	2893CTX	21,0	18-22
Ceftazidima	CAZ 30	2790CAZ	28,0	22-29
Ciprofloxacina	CIP 05	2888CIP	32,0	25-33
Gentamicina	GEN 10	2894GEN	23,0	17-23
Levofloxacina	LEV 05	2868LEV	25,0	19-26
Norfloxacina	NOR 10	2887NOR	28,5	22-29
Piperacilina/Tazobactam	PIT 110 (100/10)	2839PIT	32,5	25-33
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2905SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	2860TOB	25,0	20-26

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 22 de outubro de 2020.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001