

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 - DME****PSEUDOMONAS/ACINETOBACTER (P/A) LOTE PPADMECLSI11021****FAB. 10/21 VAL. 10/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	
			Halo	Halo/esperado (mm)
Amicacina	AMI 30	2970AMI	26,0	20-26
Aztreonam	ATM 30	2936ATM	28,0	23-29
Cefepime	CPM 30	2981CPM	30,5	24-31
Cefotaxima	CTX 30	3007CTX	21,5	18-22
Ceftazidima	CAZ 30	2999CAZ	29,0	22-29
Ciprofloxacina	CIP 05	2963CIP	32,0	25-33
Gentamicina	GEN 10	2964GEN	23,0	17-23
Levofloxacina	LEV 05	3005LEV	24,0	19-26
Norfloxacina	NOR 10	2995NOR	28,5	22-29
Piperacilina/Tazobactam	PIT 110 (100/10)	2973PIT	32,0	25-33
Sulfazotrim	SUT 25 (23,75/1,25)	2971SUT	-	-
Tobramicina	TOB 10	2942TOB	25,0	20-26

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.
- Referências CLSI 2021.

Araçatuba, 09 de outubro de 2021.

Controle de Qualidade – DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001