

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS NÃO PNEUMONIAE (SNP) LOTE PSNPDMECLSI10421****FAB. 04/21 VAL. 04/22**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo (mm)	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	2940AMP	35,0	27-35
Azitromicina	AZI 15	2889AZI	26,0	21-26
Cefepime	CPM 30	2921CPM	28,0	23-29
Cefotaxima	CTX 30	2893CTX	28,0	25-31
Claritromicina	CLA 15	2862CLA	31,0	26-32
Clindamicina	CLI 02	2851CLI	27,5	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	2923CLO	25,0	19-26
Eritromicina	ERI 15	2897ERI	29,0	22-30
Levofloxacina	LEV 05	2939LEV	29,0	25-30
Ofloxacina	OFX 05	2874OFX	28,0	24-28
Penicilina G (Benzilpenicilina) *	PEN 10	2866PEN	36,0	26-37
Vancomicina	VAN 30	2879VAN	20,0	17-21

* Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:**- Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.

Araçatuba, 10 de abril de 2021.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001