

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS NÃO PNEUMONIAE (SNP) LOTE PSNPDMECLSI10522****FAB. 05/22 VAL. 05/23**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo (mm)	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	3040AMP	34,0	27-35
Azitromicina	AZI 15	3085AZI	25,0	21-26
Cefepime	CPM 30	3052CPM	28,0	23-29
Cefotaxima	CTX 30	3007CTX	28,0	25-31
Claritromicina	CLA 15	2977CLA	31,0	26-32
Clindamicina	CLI 02	2969CLI	27,0	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	3076CLO	24,5	19-26
Eritromicina	ERI 15	3054ERI	29,0	22-30
Levofloxacina	LEV 05	3067LEV	29,0	25-30
Ofloxacina	OFX 05	2978OFX	28,0	24-28
Penicilina G (Benzilpenicilina) *	PEN 10	3014PEN	35,0	26-37
Vancomicina	VAN 30	2986VAN	20,5	17-21

* Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Referências CLSI 2022.

Araçatuba, 27 de maio de 2022.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001