

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS NÃO PNEUMONIAE (SNP)****LOTE PSNPDMECLSI10723 FAB. 07/23 VAL. 07/24**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo (mm)	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	3220AMP	34,5	27-35
Azitromicina	AZI 15	3171AZI	25,0	21-26
Cefepime	CPM 30	3225CPM	28,0	23-29
Cefotaxima	CTX 30	3132CTX	29,0	25-31
Clarithromicina	CLA 15	3228CLA	30,0	26-32
Clindamicina	CLI 02	3231CLI	26,5	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	3139CLO	25,0	19-26
Eritromicina	ERI 15	3152ERI	28,0	22-30
Levofloxacina	LEV 05	3209LEV	30,0	25-30
Ofloxacina	OFX 05	3204OFX	27,5	24-28
Penicilina G (Benzilpenicilina) *	PEN 10	3180PEN	35,0	26-37
Vancomicina	VAN 30	3168VAN	20,0	17-21

* Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências CLSI 2022.

Araçatuba, 07 de julho de 2023.

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610