

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS NÃO PNEUMONIAE (SNP)****LOTE PSNPDMECLSI1123 FAB. 11/23 VAL. 11/24**

Antibacteriano	Código/ Potência µg	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 25923	
			Halo (mm)	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 10	3220AMP	<b>34,0</b>	27-35
Azitromicina	AZI 15	3171AZI	<b>26,0</b>	21-26
Cefepime	CPM 30	3225CPM	<b>28,0</b>	23-29
Cefotaxima	CTX 30	3264CTX	<b>29,0</b>	25-31
Clarithromicina	CLA 15	3228CLA	<b>31,0</b>	26-32
Clindamicina	CLI 02	3284CLI	<b>26,0</b>	24-30
Cloranfenicol	CLO 30	3234CLO	<b>25,0</b>	19-26
Eritromicina	ERI 15	3254ERI	<b>29,0</b>	22-30
Levofloxacina	LEV 05	3282LEV	<b>29,5</b>	25-30
Ofloxacina	OFX 05	3204OFX	<b>28,0</b>	24-28
Penicilina G (Benzilpenicilina) *	PEN 10	3180PEN	<b>34,0</b>	26-37
Vancomicina	VAN 30	3168VAN	<b>20,5</b>	17-21

\* Discos de Penicilina G (Benzilpenicilina): unidade de medida UI.

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3045915 com validade em 31/07/2025.
- Referências CLSI 2023.

Araçatuba, 13 de novembro de 2023.

*Tainá Santos*

Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610