

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (SP) LOTE PSPDMEBR10225 FAB. 02/25 VAL. 02/26**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3395AMPE	<b>18,0</b>	15-21	<b>20,0</b>	15-21
Clindamicina	CLI 02	3396CLI	<b>25,5</b>	23-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3357CRO	-	-	-	-
Eritromicina	ERI 15	3387ERI	<b>29,0</b>	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3404LEV	<b>28,5</b>	23-29	<b>22,5</b>	19-25
Linezolida	LNZ 10	3397LNZE	<b>25,0</b>	21-27	<b>23,5</b>	19-25
Oxacilina	OXA 01	3346OXA	<b>20,5</b>	19-25	-	-
Rifampicina	RIF 05	3363RIF	<b>34,0</b>	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25	3415SUT	<b>32,0</b>	26-32	<b>31,0</b>	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3401TEC	-	-	<b>20,0</b>	15-21
Tetraciclina	TET 30	3400TET	<b>29,5</b>	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3371VANE	-	-	<b>15,0</b>	10-16

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024.

Araçatuba, 07 de fevereiro de 2025.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME  
Daniela de Souza Silva - CRBM 31601