

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (SP) LOTE PSPDMEBR10426 FAB. 04/26 VAL. 04/27**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3568AMPE	19,5	15-21	19,0	15-21
Clindamicina	CLI 02	3519CLI	25,5	23-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3513CRO	-	-	-	-
Eritromicina	ERI 15	3565ERI	29,0	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	29,0	23-29	23,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3531LNZE	26,5	21-27	24,5	19-25
Oxacilina	OXA 01	3495OXA	21,5	19-25	-	-
Rifampicina	RIF 05	3458RIF	34,0	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25	3570SUT	32,0	26-32	33,5	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3527TEC	-	-	21,0	15-21
Tetraciclina	TET 30	3540TET	31,0	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3505VANE	-	-	16,0	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 4305488 com validade em 31/12/2026.
- Referências BrCAST 2025.

Araçatuba, 14 de abril de 2026.

Daniela S.

Controle de Qualidade - DME
Daniela de Souza Silva - CRBM 31601