

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (SP) LOTE PSPDMEBR10522 FAB. 05/22 VAL. 05/23**

| Antibacteriano | Potência/ Código | Lote Sensidisc | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | |
|----------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | | Halo | Halo/ esperado (mm) | Halo | Halo/ esperado (mm) |
| Ampicilina | AMP 02 | 3044AMPE | 20,0 | 19-25 | 20,0 | 15-21 |
| Clindamicina | CLI 02 | 2969CLI | 27,5 | 23-29 | - | - |
| Cloranfenicol | CLO 30 | 3076CLO | 25,5 | 20-28 | - | - |
| Eritromicina | ERI 15 | 3054ERI | 29,0 | 23-29 | - | - |
| Levofloxacina | LEV 05 | 3067LEV | 29,0 | 23-29 | 23,0 | 19-25 |
| Linezolida | LNZ 10 | 3037LNZE | 27,0 | 21-27 | 23,5 | 19-25 |
| Oxacilina | OXA 01 | 3013OXA | 22,5 | 19-25 | - | - |
| Rifampicina | RIF 05 | 3032RIF | 35,0 | 30-36 | - | - |
| Sulfazotrim | SUT 25 | 3066SUT | 32,0 | 26-32 | 31,0 | 26-34 |
| Teicoplanina | TEC 30 | 3060TEC | - | - | 20,5 | 15-21 |
| Tetraciclina | TET 30 | 3015TET | 29,0 | 23-31 | - | - |
| Vancomicina | VAN 05 | 3029VANE | - | - | 15,5 | 10-16 |

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Referências BrCAST 2021.

Araçatuba, 12 de maio de 2022.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001