

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (SP) LOTE PSPDMEBR10623 FAB. 06/23 VAL. 06/24**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3202AMPE	18,5	19-25	20,0	15-21
Clindamicina	CLI 02	3158CLI	27,0	23-29	-	-
Cloranfenicol	CLO 30	3139CLO	25,0	20-28	-	-
Eritromicina	ERI 15	3152ERI	29,0	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3209LEV	29,0	23-29	23,5	19-25
Linezolida	LNZ 10	3183LNZE	26,0	21-27	24,0	19-25
Oxacilina	OXA 01	3174OXA	22,0	19-25	-	-
Rifampicina	RIF 05	3164RIF	34,0	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25	3201SUT	31,0	26-32	31,0	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3218TEC	-	-	20,0	15-21
Tetraciclina	TET 30	3128TET	27,0	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3157VANE	-	-	15,0	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Referências BrCAST 2022.

Araçatuba, 15 de junho 2023.

Tainá Santos

Controle de Qualidade - DME
Tainá Roque dos Santos - CRBM 43610