

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (SP) LOTE PSPDMEBR10824 FAB. 08/24 VAL. 08/25**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3313AMPE	19,5	15-21	20,0	15-21
Clindamicina	CLI 02	3345CLI	26,0	23-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3317CRO	-	-	-	-
Eritromicina	ERI 15	3254ERI	28,0	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3344LEV	28,0	23-29	23,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3337LNZE	24,5	21-27	23,5	19-25
Oxacilina	OXA 01	3346OXA	20,5	19-25	-	-
Rifampicina	RIF 05	3363RIF	33,5	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25	3373SUT	31,0	26-32	30,5	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3339TEC	-	-	20,5	15-21
Tetraciclina	TET 30	3271TET	28,0	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3323VANE	-	-	15,0	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 3107294 com validade em 31/08/2025.
- Referências BrCAST 2024.

Araçatuba, 03 de setembro de 2024.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles - CRBM 12001