

CERTIFICADO DE ANÁLISE**POLISENSIDISC 12 – DME****STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (SP) LOTE PSPDMEBR10926 FAB. 09/26 VAL. 09/27**

Antibacteriano	Potência/ Código	Lote Sensidisc	Staphylococcus aureus ATCC 29213		Enterococcus faecalis ATCC 29212	
			Halo	Halo/ esperado (mm)	Halo	Halo/ esperado (mm)
Ampicilina	AMP 02	3568AMPE	18,0	15-21	20,5	15-21
Clindamicina	CLI 02	3555CLI	25,0	23-29	-	-
Ceftriaxona	CRO 30	3589CRO	-	-	-	-
Eritromicina	ERI 15	3565ERI	26,5	23-29	-	-
Levofloxacina	LEV 05	3559LEV	28,5	23-29	21,0	19-25
Linezolida	LNZ 10	3582LNZE	27,0	21-27	26,5	19-25
Oxacilina	OXA 01	3554OXA	20,5	19-25	-	-
Rifampicina	RIF 05	3542RIF	33,5	30-36	-	-
Sulfazotrim	SUT 25	3610SUT	28,0	26-32	29,0	26-34
Teicoplanina	TEC 30	3566TEC	-	-	20,5	15-21
Tetraciclina	TET 30	3540TET	30,0	23-31	-	-
Vancomicina	VAN 05	3563VANE	-	-	15,5	10-16

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 5252997 com validade em 31/01/2028.
- Referências BrCAST 2026.

Araçatuba, 12 de setembro de 2026.



Controle de Qualidade - DME
Beatriz A. Santos - CRBM 58444